

Beta crosslaps (CTX)

Analyse

Naam analyse: Beta crosslaps (CTX)
Uitvoerend laboratorium: Klinische Biologie UZ Brussel
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel
02/477.50.30
Analysemethode: Electrochemiluminescentie
LOINC-code: 41171-0

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
Bijaanvraag mogelijk: Ja

Afname

Matrix: EDTA-plasma
Recipiënt: EDTA-tube
Minimum hoeveelheid
staal: 500 µL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: µg/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

? 30 j	0.24-1.02 µg/L	0.15-0.97 µg/L
30 j-40 j	0.23-0.94 µg/L	0.15-0.64 µg/L
40 j-50 j	0.18-0.80 µg/L	0.13-0.67 µg/L
50 j-60 j	0.16-0.74 µg/L	0.18-1.06 µg/L
60 j-70 j	0.13-0.75 µg/L	0.17-0.97 µg/L
> 70 j	0.12-0.78 µg/L	0.15-0.86 µg/L

Facturatie

Nomenclatuur: 542916 - 542920 B 400 Doseren van de botafbraak #(Maximum 1) (Cumulregel [78](#)) (Diagnoseregel [71](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

10-06-2024

Veerle Van Steen