

## Factor V

### Analyse

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Naam analyse:            | Factor V                                                                         |
| Uitvoerend laboratorium: | Klinische Biologie UZ Antwerpen<br>Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem<br>03/821.36.42 |
| Analysemethode:          | Optische stollingsdetectie (Sysmex CN-6000)                                      |
| LOINC-code:              | 3193-0                                                                           |

### Aanvraag

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Uitvoering in urgentie:          | Ja           |
| Bijaanvraag mogelijk:            | Neen         |
| Stabiliteit tijdens<br>bewaring: | 4u (20-25°C) |

### Afname

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Matrix:                       | Citraatplasma |
| Recipient:                    | Citraattube   |
| Minimum hoeveelheid<br>staal: | 1 mL          |

### Uitvoering

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Uitvoeringsfrequentie: | 1x/week |
|------------------------|---------|

### Interpretatie

|          |   |
|----------|---|
| Eenheid: | % |
|----------|---|

Referentiewaarden

| Leeftijd   | Mannen   | Vrouwen  |
|------------|----------|----------|
| ? 7 md     | 56-148 % | 56-148 % |
| 7 md-12 md | 66-141 % | 66-141 % |
| 12 md-6 j  | 68-143 % | 68-143 % |
| 6 j-11 j   | 62-127 % | 62-127 % |
| 11 j-19 j  | 55-119 % | 55-119 % |
| > 19 j     | 70-120 % | 70-120 % |

## Facturatie

Nomenclatuur: 554713 - 554724 B 125 Doseran van factor V #(Maximum 1)(Diagnoseregel [18](#))  
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

## Laatst gewijzigd op

20-03-2025

Leen Hermans