

Factor XIII

Analyse

Naam analyse: Factor XIII
Uitvoerend laboratorium: Klinische Biologie UZ Antwerpen
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
03/821.36.42
Analysemethode: Colorimetrie (Sysmex CN-6000)

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
Bijaanvraag mogelijk: Neen
Stabiliteit tijdens bewaring: 4u (20-25°C)

Afname

Matrix: Citraatplasma
Recipiënt: Citraattube
Minimum hoeveelheid staal: 1 mL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: 1x/week

Interpretatie

Eenheid: %

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 md-7 md	63-152 %	63-152 %
7 md-12 md	42-128 %	42-128 %
12 md-6 j	71-139 %	71-139 %
6 j-11 j	76-133 %	76-133 %
11 j-19 j	64-133 %	64-133 %
> 19 j	70-140 %	70-140 %

Facturatie	
Nomenclatuur:	554374 - 554385 B 350 Dosereren van factor XIII #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op	
20-03-2025	Leen Hermans