

Osmolaliteit in urine

Analyse

Naam analyse:	Osmolaliteit in urine
Uitvoerend laboratorium:	AZ Klina
Analysemethode:	Vriespuntsverlaging (Gonotec Osmomat 3000D)
LOINC-code:	2695-5
MEDIDOC-code:	57415A.U

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	7 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	Urine
Recipient:	Recipient

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
------------------------	-----------

Interpretatie

Eenheid:	mOsmol/kg
----------	-----------

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

500-800 mOsmol/kg

500-800 mOsmol/kg

Facturatie

Nomenclatuur: 543535 - 543546 B 125 Bepalen van de osmolaliteit #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

07-05-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.