

PCR Clostridium difficile toxine

Analyse

Naam analyse:	PCR Clostridium difficile toxine
Uitvoerend laboratorium:	AZ Klina
Analysemethode:	RT-PCR (Cepheid GeneXpert)
IVDR-status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
LOINC-code:	80685-1
MEDIDOC-code:	58589A.F

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja

Afname

Matrix:	Faeces
Recipient:	Steriel recipient

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
------------------------	-----------

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	Negatief	Negatief

Facturatie

Nomenclatuur:

549850 - 549861 B 800 Opsporen van toxinogeen Clostridium
difficile in faeces #(Maximum 1) (Diagnoseregul [37](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

20-05-2025

Nicolas Vrydags

Copyright © 2025 All rights reserved.